



EG-Konformitätserklärung

Wir **MOLLET Füllstandtechnik GmbH**

Hans-Ulrich-Breymann-Str. 10
D-74706 Osterburken
Tel. 06291 64400 Fax 06291 9846

erklären hiermit, dass die Geräte:

Drehflügel-Füllstandanzeiger

Typ **DF..A1B2...** und **DF..A2B2...**

auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen oder normativen Dokumenten entsprechen:

Richtlinie 94/9/EG (Explosionsschutz-Richtlinie)

Richtlinie 89/336/EWG (EMV-Richtlinie)

Richtlinie 73/23/EWG (Niederspannungs-Richtlinie)

und

EN 50281-1-1:2000, EN 50014:1997+A1+A2
EN 1127-1:1997, EN 13463-1:2001, prEN 13463-5:2003,
EN 50281-1-2, CLC/TR 50404:2003

EN 55022, EN 55024, EN 61000-6-2

EN 1050, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 61010-1, EN 60204-1:1997

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt gemäß den Bestimmungen der Richtlinien und durch Einhaltung der Normen.

Die Geräte sind mit folgenden Angaben gekennzeichnet:

für den elektrischen Teil:

CE 0032 Ex II 1D T 70 °C IP 66 $-20\text{ °C} \leq T_a \leq +45\text{ °C}$

EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer **IBExU04ATEX1034X**

für den nichtelektrischen Teil:

CE 0032 Ex II 1D c TX

EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer **IBExU04ATEX1001X**

Osterburken, den 06.02.2004



Wolfgang Hageleit

Qualitätssicherung:

**Qualitäts-
Management**

Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach
DIN EN ISO 9001:2000



**Qualitäts-
Sicherungs-
System**

Anerkennung nach
Richtlinie 94/9/EG

